

HiSeq 2500 System Safety and Compliance Guide

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

This guide provides important safety information pertaining to the installation, servicing, and operation of the Illumina® HiSeq® 2500 system. This guide includes product compliance and regulatory statements. Read this document before performing any procedures on the system.

The country of origin and date of manufacture of the system are printed on the instrument label.

System Configuration

The HiSeq system is shipped with a dedicated control computer that is customized to system requirements. The computer is a dedicated subsystem of the instrument and is not intended for use or supported as a general-purpose computer.

For a list of components that are provided with the instrument, see the *HiSeq 2500, 1500, and 2000 Site Prep Guide (document # 15006407)*.

Safety Considerations and Markings

This section identifies potential hazards associated with installing, servicing, and operating the instrument. Do not operate or interact with the instrument in a manner that exposes you to any of these dangers.

All of the hazards described herein can be avoided by following the standard operating procedures included in the *HiSeq 2500 System Guide (document # 15035786)*.

General Safety Warnings

Make sure that all personnel are trained in the correct operation of the instrument and any potential safety considerations.



Follow all operating instructions when working in areas marked with this label to minimize risk to personnel or the instrument.

Always exercise caution when the flow cell compartment door is open. The flow cell area contains components that could cause injury when the front door is open.

When the door is open, the X, Y, and Z motors are disabled by the instrument operating software.

Laser Safety Warning



The HiSeq 2500 system is a Class 1 laser product that contains 2 Class 4 lasers.

Class 4 lasers present an eye hazard from direct and diffuse reflections. Avoid eye or skin exposure to direct or reflected Class 4 laser radiation. Class 4 lasers can cause combustion of flammable materials and produce serious skin burns and injury from direct exposure.

Do not operate the instrument with any of the panels removed. When the front door of the instrument is open, safety interlock switches block the laser beam. If you operate the instrument with any panels removed, you risk exposure to direct or reflected laser light.

Barcode Scanner Laser Precautions

A handheld barcode scanner that contains a Class 2 laser is included with the HiSeq 2500 system. The barcode scanner is a Class 2 laser product. Do not stare into the visible-light beam of the barcode scanner.

Electrical Safety Warnings

Do not remove the outer panels from the instrument. There are no user-serviceable components inside. Operating the instrument with any of the panels removed creates potential exposure to line voltage and DC voltages.



The instrument is powered by 100–240 VAC operating at 50–60 Hz. Hazardous voltage sources are located behind the left back panel, but can be accessible if other panels are removed. Some voltage is present on the instrument even when the instrument is turned off. Operate the instrument with all panels intact to avoid electrical shock.

Power Specifications

Type	Specification
Line Voltage	100–240 VAC at 50–60 Hz
Power Consumption	Maximum 1500 Watts combined for the instrument, monitor, and work station

Electrical Connections

Connect the instrument to a grounded circuit capable of delivering at least:

- ▶ 10 Amps for a 100–110 Volt power source
- ▶ 6 Amps for a 220–240 Volt power source

For more information, see the *HiSeq 2500, 1500, and 2000 Site Prep Guide (document # 15006407)*.

Protective Earth



The instrument has a connection to protective earth through the enclosure. The safety ground on the power cord returns protective earth to a safe reference. The protective earth connection on the power cord must be in good working condition when using this device.

Fuses

Only Illumina Field Service Engineers are qualified to replace the internal fuses. The power entry module includes 2 input fuses on the high-voltage input lines. These fuses are size 5x20 and are rated for 10 Amps, 250 VAC, Slo-Blo.

Hot Surface Safety Warning



Do not operate the instrument with any of the panels removed.

Do not touch the temperature station in the flow cell compartment. The heater used in this area is normally controlled between ambient room temperature (22°C) and 95°C. Exposure to temperatures at the upper end of this range can result in burns.

Heavy Object Safety Warning



The instrument is heavy and can cause serious injury if dropped or mishandled.

Only personnel authorized by Illumina can uncrate, install, or move the instrument. Each time the instrument is moved, install the shipping brackets to prevent stage assembly damage. Significant risks to optical and mechanical alignment can occur. The instrument must be properly repositioned and recalibrated.

Uncrating, Installing, and Moving the Instrument

Only personnel authorized by Illumina can uncrate, install, or move the instrument. If you have to relocate the instrument, contact your Illumina representative.

Environmental Considerations

Element	Specification
Temperature	Maintain a lab temperature of 19°C to 25°C (22°C ±3°C). This temperature is the operating temperature of the instrument. During a run, do not allow the ambient temperature to vary more than ±2°C.
Humidity	Maintain a noncondensing relative humidity between 20–80%.
Elevation	Locate the instrument at an altitude below 2000 meters (6500 feet).
Air Quality	Operate the instrument in a Pollution Degree II environment or better. A Pollution Degree II environment is defined as an environment that normally includes only nonconductive pollutants.
Ventilation	Consult your facilities department for ventilation requirements based on the instrument heat output specifications.

Product Certifications and Compliance

The HiSeq 2500 is certified to the following standards:

- ▶ UL STD 61010-1
- ▶ CSA STD C22.2 No. 61010-1
- ▶ IEC/EN 61010-1
- ▶ IEC/EN 61326-1

The HiSeq 2500 complies with the following directives:

- ▶ Low Voltage Directive 2006/95/EC
- ▶ EMC Voltage Directive 2004/108/EC

Compliance and Regulatory Markings

The instrument is labeled with the following compliance and regulatory markings.



This label assures that the product is compliant with safety standards and has been tested and certified by a third-party organization.



This label assures that the product meets the essential requirements of all relevant EU directives.



This label assures that the product complies with the Environmental Protection Use Period - 10 years.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)



This label indicates that the instrument meets the WEEE Directive for waste.

Return the instrument to Illumina for disposal.

Product Compliance and Regulatory Statements

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 2 conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference.
 - 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- CAUTION
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instrumentation manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

Shielded Cables

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class A FCC limits.

Class A EMC Compliance

A급 기기 (업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Safety Labeling

Figure 1 Class 4 Laser Warning



HiSeq 2500 系统安全性和合规性指南

仅供研究使用，不可用于诊断过程。

本指南提供有关 Illumina® HiSeq® 2500 系统安装、维护以及操作的重要安全信息。另外还包含产品合规性和监管声明。在系统上执行任何步骤之前，请先阅读此文档。

系统原产国及生产日期印在仪器标签上。

系统配置

HiSeq 系统附带了根据系统要求定制的专用控制计算机。该计算机是仪器的专用子系统，不能作为普通计算机使用也不支持如此使用。

有关随仪器提供的组件列表，请参见《HiSeq 2500、1500 和 2000 场地准备指南》（文档号 15006407）。

安全注意事项和标志

本节指出与本仪器安装、维护和操作相关的潜在危险。请不要以会使您面临以下危险的方式操作或使用仪器。

此处说明的所有危险均可以通过遵照《HiSeq 2500 系统指南》（文档号 15035786）中提供的以下标准操作程序予以避免。

一般安全警告

确保所有人员都受过有关仪器正确操作和所有潜在安全问题的培训。



在标有此标签的区域使用时，请遵照所有操作指示，以最大限度降低人员或仪器面临的风险。

当流动槽仓门打开时请务必小心。当前仓门打开时，流动槽区域中包含的组件可能会造成人身伤害。

当仓门打开时，仪器操作软件会禁用 X、Y 和 Z 发动机。

激光安全警告



HiSeq 2500 系统属于包含两束 4 类激光的 1 类激光产品。

4 类激光的直接反射和漫反射都会危害人的眼睛。请避免眼睛和皮肤暴露在 4 类激光辐射的直射或反射下。直接暴露在 4 类激光下可能会导致易燃品燃烧以及严重的皮肤灼伤和伤害。

请不要在有任何面板取下的情况下操作仪器。仪器的前仓门打开时，安全联锁开关会挡住激光束。如果在有面板取下的情况下操作仪器，您可能会暴露在激光直射或反射中。

条形码扫描仪激光防护

HiSeq 2500 系统中所含的手持式条形码扫描仪包含 2 类激光。条形码扫描仪属于 2 类激光产品。切勿凝视条形码扫描仪的可见光束。

电气安全警告

请不要取下仪器上的外部面板。面板内部并没有用户可维护的组件。取下任意面板对仪器进行操作可能会造成线电压和直流电压触电。



该仪器由 100-240 伏交流电以 50 或 60 Hz 的频率供电。危险电压源位于左后面板之后，但如果取下其他面板，也可能触碰到它们。即使仪器关闭时，其上也仍然会有一些电压。请在所有面板都原封不动的情况下操作仪器，以免触电。

电源规格

类型	规格
线电压	100-240 伏交流电，50-60 赫兹
功耗	最大 1500 瓦 (仪器、显示器和工作站的总功耗)

电气连接

将仪器连接到至少能够提供以下电流等级的接地电路：

- ▶ 10 安培（如电源为 100–110 伏）
- ▶ 6 安培（如电源为 220–240 伏）

有关详细信息，请参见《HiSeq 2500、1500 和 2000 场地准备指南》（文档号 15006407）。

保护接地



仪器通过外壳进行保护接地连接。电源线的安全接地可将保护接地返回到安全参照点。使用此设备时电源线的保护接地连接必须处于良好的工作状态。

保险丝

只有 Illumina 现场服务工程师可以更换内部保险丝。电源输入模块在高压输入线路上有 2 根输入端保险丝。这些保险丝的尺寸为 5x20，额定用于 10 安培 250 伏交流电，属于慢熔断保险丝。

表面高温安全警告



请不要在有任何面板取下的情况下操作仪器。

切勿触碰流动槽仓中的温度站。此区域中使用的制热器通常控制在环境室温（22° C）至 95° C 之间。上限温度可导致灼伤。

重物安全警告



本仪器非常沉重，如果坠落或处理不当可能会造成严重伤害。

只有 Illumina 授权人员才能打开仪器的包装、安装或移动仪器。每次移动仪器时，请安装装运支架，以免台板组件受损。光学和机械调准也可能受到严重影响。仪器必须正确放置并重新校准。

拆箱、安装和移动仪器

只有 Illumina 授权人员才能打开仪器的包装、安装或移动仪器。如需搬迁仪器，请与 Illumina 代表联系。

环境注意事项

因素	规格
温度	将实验室温度保持在 19–25° C (22° C ± 3° C)。这个温度是仪器的工作温度。运行期间，环境温度变化幅度不得超过 ± 2° C。
湿度	将相对非冷凝湿度保持在 20–80% 之间。
海拔	请将仪器放置在海拔 2000 米 (6500 英尺) 以下。
空气质量	请在污染度 II 或更佳的环境中操作仪器。污染度 II 的环境定义为通常仅包含非导电污染物的环境。
通风	有关基于仪器热输出规格的通风要求，请咨询设施部门。

产品认证和合规性

HiSeq 2500 经认证符合以下标准：

- ▶ UL STD 61010–1
- ▶ CSA STD C22.2 编号 61010–1
- ▶ IEC/EN 61010–1
- ▶ IEC/EN 61326–1

HiSeq 2500 符合以下指令：

- ▶ 低电压指令 2006/95/EC
- ▶ EMC 电压指令 2004/108/EC

合规性和监管标记

本仪器标有以下合规性和监管标记。



此标签保证本产品遵守安全标准，且已经过第三方机构的测试和认证。



此标签保证本产品符合所有相关欧盟指令的基本要求。



此标签保证本产品符合环保使用期限 – 10 年。

危害性物质禁用指令 (RoHS)




此标签表示仪器符合 WEEE 废弃物指令。
如要处理仪器，请将其送回 Illumina。

产品合规性和监管声明

安全标签

图 1 4 类激光警告



Guide de sécurité et de conformité du système HiSeq 2500

Destiné à la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans le cadre d'examens diagnostiques.

Ce guide fournit des renseignements de sécurité importants concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation du système HiSeq^{MD} 2500 d'Illumina^{MD}. Il contient des déclarations de conformité et de réglementation du produit. Lisez ce document avant d'effectuer toute procédure sur le système.

Le pays d'origine et la date de fabrication du système sont indiqués sur l'étiquette de l'instrument.

Configuration du système

Le système HiSeq est livré avec un ordinateur de commande dédié personnalisé de manière à suivre les spécifications du système. L'ordinateur est un sous-système dédié de l'instrument. Il n'est pas prévu pour être utilisé ou entretenu comme un ordinateur universel.

Pour obtenir une liste des composants fournis avec l'instrument, consultez le *Guide de préparation du site des systèmes HiSeq 2500, 1500 et 2000 (document n° 15006407)*.

Considérations et marquages de sécurité

Cette section identifie les dangers potentiels associés à l'installation, à l'entretien et à l'utilisation de l'instrument. N'utilisez pas et n'interagissez pas avec l'instrument d'une manière qui vous exposerait à l'un de ces dangers.

Tous les dangers décrits dans les présentes peuvent être évités en suivant les procédures d'utilisation normalisées incluses dans le *Guide du système HiSeq 2500 (document n° 15035786_FRA)*.

Mises en garde de sécurité : généralités

Assurez-vous que tous les membres du personnel ont reçu une formation sur l'utilisation de l'instrument et sont conscients des éventuels risques pour la sécurité.



Suivez toutes les instructions d'utilisation lorsque vous travaillez dans des zones portant cette étiquette afin de minimiser les risques pour le personnel ou l'instrument.

Faites toujours preuve de prudence quand la porte du compartiment de Flow Cell est ouverte. La zone de Flow Cell contient des composants qui peuvent provoquer des blessures lorsque la porte avant est ouverte.

Quand la porte est ouverte, les moteurs X, Y, et Z sont désactivés par le logiciel d'exploitation de l'instrument.

Mise en garde de sécurité : laser



Le système HiSeq 2500 est un produit laser de classe 1 qui contient deux lasers de classe 4.

Les réflexions directes et diffuses des lasers de classe 4 présentent un danger pour les yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un rayonnement de classe 4, direct ou réfléchi. Les lasers de classe 4 peuvent entraîner la combustion des matières inflammables et produire des brûlures cutanées et lésions graves en cas d'exposition directe.

N'utilisez pas l'instrument si l'un des panneaux a été retiré. Lorsque la trappe avant de l'instrument est ouverte, les interrupteurs d'interverrouillage de sécurité bloquent le faisceau laser. Si vous utilisez l'instrument alors que l'un des panneaux a été retiré, vous risquez d'être exposé à la lumière laser directe ou réfléchie.

Précautions relatives au laser du lecteur de codes à barres

Un lecteur de codes à barres portable contenant un laser de classe 2 est inclus avec le système HiSeq 2500. Le lecteur de codes à barres est un produit de classe 2. Ne fixez pas le faisceau à rayonnement visible du lecteur de codes à barres.

Mises en garde de sécurité électrique

Ne retirez pas les panneaux extérieurs de l'instrument. Ils ne contiennent aucun composant réparable par l'utilisateur. L'utilisation de l'instrument, lorsque l'un des panneaux a été retiré, crée un risque d'exposition à la tension secteur ainsi qu'à plusieurs tensions continues.



L'instrument est alimenté par un courant alternatif de 100 à 240 V fonctionnant à 50 à 60 Hz. Les sources de tension dangereuses sont situées derrière le panneau arrière gauche, mais elles peuvent être accessibles si d'autres panneaux sont retirés. Une certaine tension est présente sur l'instrument même lorsque ce dernier est hors tension. L'instrument doit être utilisé avec des panneaux qui n'ont pas été endommagés pour éviter les chocs électriques.

Caractéristiques d'alimentation

Type	Spécification
Tension secteur	100 à 240 V CA à 50 à 60 Hz
Consommation d'électricité	Un total maximal de 1 500 Watts pour l'instrument, le moniteur et la station de travail

Branchements électriques

Branchez l'instrument à un circuit mis à la terre capable de fournir au moins :

- ▶ 10 A pour une source d'alimentation de 100 à 110 V
- ▶ 6 A pour une source d'alimentation de 220 à 240 V

Pour plus de renseignements, consultez le *Guide de préparation du site des systèmes HiSeq 2500, 1500 et 2000 (document n° 15006407)*.

Mise à la terre de protection



L'instrument dispose d'une connexion de mise à la terre protectrice dans le boîtier. La prise de terre de sécurité du cordon secteur retourne la mise à la terre protectrice à une référence sûre. La connexion de mise à la terre protectrice du cordon secteur doit être en bon état lorsque le dispositif est utilisé.

Fusibles

Seuls les techniciens d'assistance sur le terrain Illumina sont compétents pour remplacer les fusibles internes. Le module d'entrée de puissance comprend deux fusibles sur les lignes d'entrée haute tension. Ces fusibles sont de dimensions 5 × 20 et de 10 A nominal, 250 V CA, à fusion lente.

Mise en garde de sécurité : surface brûlante



N'utilisez pas l'instrument si l'un des panneaux a été retiré.

Ne touchez pas le poste de température du compartiment de Flow Cell. Le réchauffeur utilisé dans cette zone est normalement contrôlé entre la température ambiante de la pièce (22 °C) et 95 °C. Une exposition à des températures situées à la limite supérieure de cette plage peut causer des brûlures.

Mise en garde de sécurité : objet lourd



L'instrument est lourd et peut causer des blessures graves s'il tombe ou s'il est manipulé sans précaution.

Seul le personnel autorisé par Illumina est à même de déballer, installer ou déplacer l'instrument. Chaque fois que vous déplacez l'instrument, installez les supports de transport pour ne pas endommager l'ensemble de la platine. Il existe un risque important de compromettre l'alignement optique et l'alignement mécanique.

L'instrument doit être repositionné et réétalonné correctement.

Déballage, installation et déplacement de l'instrument

Seul le personnel autorisé par Illumina est à même de déballer, installer ou déplacer l'instrument. Si vous devez déplacer l'instrument, communiquez avec votre représentant Illumina.

Considérations environnementales

Élément	Spécification
Température	Maintenez le laboratoire à une température comprise entre 19 et 25 °C (22 °C ± 3 °C), soit la température de fonctionnement de l'instrument. Au cours d'une analyse, empêchez toute variation de la température ambiante de plus de ± 2 °C.
Humidité	Maintenez une humidité relative sans condensation comprise entre 20 et 80 %.
Altitude	Conservez l'instrument à une altitude inférieure à 2 000 mètres (6 500 pieds).
Qualité de l'air	N'utilisez pas l'instrument dans un environnement inférieur au classement pollution II. Un environnement de degré II ne contient en général que des polluants non conducteurs.
Ventilation	Consultez le service responsable de votre établissement au sujet des exigences de ventilation selon les spécifications relatives aux émissions de chaleur de l'instrument.

Certifications et conformité du produit

Le HiSeq 2500 bénéficie des certifications suivantes :

- ▶ UL STD 61010-1
- ▶ CSA STD C22.2 n° 61010-1
- ▶ CEI/EN 61010-1
- ▶ CEI/EN 61326-1

Le HiSeq 2500 est conforme aux directives suivantes :

- ▶ Directive 2006/95/CE relative aux basses tensions
- ▶ Directive 2004/108/CE relative à la comptabilité électromagnétique

Marquages de conformité et de réglementation

L'instrument est étiqueté à l'aide des marquages de conformité et de réglementation suivants.



Cette étiquette garantit que le produit est conforme aux normes de sécurité et qu'il a bien été testé et certifié par une organisation tierce.



Cette étiquette garantit que le produit satisfait aux exigences essentielles de toutes les directives européennes appropriées.



Cette étiquette garantit que le produit est conforme au délai d'utilisation de 10 ans fixé pour la protection de l'environnement (EPUP).

Restriction sur l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)



Cette étiquette garantit que l'instrument satisfait aux directives relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Retournez l'instrument à Illumina pour le mettre au rebut.

Déclarations de conformité et de réglementation du produit

Marquage de sécurité

Figure 1 Mise en garde laser de classe 4



Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in Diagnoseverfahren.

Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen bezüglich der Installation, Wartung und Nutzung des Illumina® HiSeq® 2500-Systems. Dieses Handbuch enthält Produktkonformitäts- und regulatorische Erklärungen. Lesen Sie dieses Dokument durch, bevor Sie die Arbeit am System beginnen. Das Ursprungsland und das Herstellungsdatum des Systems befinden sich auf dem Etikett des Geräts.

Systemkonfiguration

Das HiSeq-System wird mit einem dedizierten Steuercomputer ausgeliefert, der an die Systemanforderungen angepasst ist. Der Computer ist ein dediziertes Subsystem des Geräts. Er ist nicht zur Nutzung als Computer für allgemeine Zwecke geeignet.

Eine Liste der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Komponenten finden Sie im *HiSeq 2500, 1500 und 2000 Handbuch zur Standortvorbereitung (Dokument-Nr. 15006407)*.

Sicherheitserwägungen und Markierungen

In diesem Abschnitt werden potenzielle Gefahren beschrieben, die mit der Installation, Wartung und Bedienung des Geräts verbunden sind. Bedienen oder handhaben Sie das Gerät nicht auf eine Art und Weise, durch die Sie einer dieser Gefahren ausgesetzt sind.

Alle hier beschriebenen Gefahren können vermieden werden, indem die Standard-Arbeitsabläufe gemäß *HiSeq 2500 Systemhandbuch (Dokument-Nr. 15035786)* befolgt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter in der richtigen Verwendung des Geräts und hinsichtlich potenzieller Gefahren geschult werden.



Beachten Sie alle Bedienungsanweisungen, wenn Sie in Bereichen arbeiten, die mit diesem Etikett gekennzeichnet sind, um das Risiko für Bediener oder das Gerät zu minimieren.

Besondere Vorsicht gilt, wenn die Klappe der Fließzellenkammer geöffnet ist. Der Fließzellenbereich enthält Komponenten, die Verletzungen verursachen können, wenn die Frontklappe geöffnet ist.

Wenn die Klappe geöffnet ist, werden die X-, Y- und Z-Motoren von der Gerätebetriebssoftware abgeschaltet.

Laser-Sicherheitshinweis



Das HiSeq 2500-System ist ein Laserprodukt der Klasse 1, das zwei Laser der Klasse 4 beinhaltet.

Laser der Klasse 4 stellen bei direkter und diffuser Reflexion eine Gefahr für die Augen dar. Vermeiden Sie den Augen- und Hautkontakt mit direkter oder reflektierter Strahlung von Lasern der Klasse 4. Laser der Klasse 4 können bei direktem Kontakt die Entzündung brennbarer Materialien verursachen und schwere Hautverbrennungen und Verletzungen hervorrufen.

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn irgendein Gehäuseteil entfernt wurde. Wenn die vordere Klappe des Geräts offen ist, wird der Laserstrahl über eine Sicherheitssperre blockiert. Wenn Sie das Gerät mit entfernten Abdeckungen betreiben, besteht die Gefahr des direkten oder reflektierten Kontakts mit Laserlicht.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Barcodescanner-Lasers

Das HiSeq 2500-System wird mit einem tragbaren Barcodescanner ausgeliefert, der einen Laser der Klasse 2 enthält. Der Barcodescanner ist ein Laserprodukt der Klasse 2. Blicken Sie nicht in den sichtbaren Lichtstrahl des Barcodescanners.

Hinweise zur elektrischen Sicherheit

Entfernen Sie nicht die Gehäuseteile des Geräts. Das Gerät enthält keine inneren Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn Sie das Gerät betreiben, während eines oder mehrere Gehäuseteile entfernt sind, sind Sie möglicherweise Netz- und Gleichstromspannungen ausgesetzt.



Das Gerät arbeitet mit 100–240 Volt Wechselstrom bei 50–60 Hz. Gefährliche Spannungsquellen befinden sich hinter der linken Rückseite, können aber auch zugänglich sein, wenn andere Gehäuseteile entfernt werden. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, sind einige Spannungsquellen aktiv. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn alle Gehäuseteile ordnungsgemäß angebracht sind, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Leistungsangaben

Typ	Spezifikation
Netzspannung	100–240 Volt Wechselstrom bei 50–60 Hz
Stromverbrauch	Maximal 1.500 Watt für Gerät, Monitor und Workstation

Elektrische Verbindungen

Schließen Sie das Gerät an einen geerdeten Schaltkreis an, der für die folgenden Mindestanforderungen geeignet ist:

- ▶ 10 Ampere für eine Stromquelle von 100 bis 110 V
- ▶ 6 Ampere für eine Stromquelle von 220 bis 240 V

Weitere Informationen finden Sie im *HiSeq 2500, 1500 und 2000 Handbuch zur Standortvorbereitung (Dokument-Nr. 15006407)*.

Schutzerde



Das Gerät ist über das Gehäuse mit der Schutzerde verbunden. Der Schutzleiter des Stromkabels führt die Schutzerde an einen sicheren Bezugspunkt zurück. Die Schutzerdeverbindung am Stromkabel muss sich in gutem Zustand befinden, wenn dieses Gerät verwendet wird.

Sicherungen

Interne Sicherungen dürfen nur von Außendienstingenieuren von Illumina ausgetauscht werden. Das Stromeingabemodul enthält zwei Eingangssicherungen an den Hochspannungseingängen. Diese Sicherungen haben die Größe 5 x 20 und die Kennwerte 10 Ampere, 250 VAC, träge Sicherung.

Warnung bezüglich heißer Oberfläche



Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn irgendein Gehäuseteil entfernt wurde.

Berühren Sie nicht die Temperaturstation in der Fließzellenkammer. Der in diesem Bereich verwendete Heizkörper wird in der Regel auf Temperaturen zwischen 22 °C (Raumtemperatur) und 95 °C eingestellt. Der Kontakt mit dem Gerät bei Temperaturen am oberen Ende dieses Bereichs kann zu Verbrennungen führen.

Warnung bezüglich schwerer Gegenstände



Das Gerät ist schwer und kann schwere Verletzungen verursachen, wenn es fallen gelassen oder falsch gehandhabt wird.

Nur von Illumina autorisierte Mitarbeiter dürfen das Gerät entpacken, installieren und transportieren. Bringen Sie die Versandklammern jedes Mal an, wenn das Gerät verschoben wird, um eine Beschädigung des Fließzellentischbereichs zu verhindern. Es bestehen ernsthafte Risiken für die optische und mechanische Ausrichtung. Das Gerät muss ordnungsgemäß repositioniert und recalibriert werden.

Entpacken, Installieren und Transportieren des Geräts

Nur von Illumina autorisierte Mitarbeiter dürfen das Gerät entpacken, installieren und transportieren. Falls Sie den Standort des Geräts ändern müssen, wenden Sie sich an Ihren Illumina-Vertreter.

Umgebungsanforderungen

Element	Spezifikation
Temperatur	Die Labortemperatur muss 19 °C bis 25 °C (22 °C ± 3 °C) betragen. Diese Temperatur ist die Betriebstemperatur des Geräts. Während eines Laufs darf die Umgebungstemperatur nicht um mehr als ± 2 °C schwanken.
Luftfeuchtigkeit	Es muss eine relative, nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 80 % aufrechterhalten werden.
Höhe	Der Standort des Geräts muss sich in unter 2.000 Metern Höhe befinden.
Luftqualität	Das Gerät muss in einer Umgebung mit dem Verschmutzungsgrad II oder besser betrieben werden. Eine Umgebung mit dem Verschmutzungsgrad II ist als Umgebung definiert, in der sich in der Regel nur nicht leitende Verschmutzungen befinden.
Lüftung	Erkundigen Sie sich bei Ihrer für die Einrichtungen zuständigen Abteilung nach den Lüftungsanforderungen, die von der Wärmeabgabe des Geräts abhängig sind.

Produkt-Zertifizierungen und -Compliance

Das HiSeq 2500-System wurde den folgenden Standards entsprechend zertifiziert:

- ▶ UL STD 61010-1
- ▶ CSA STD C22.2 No. 61010-1
- ▶ IEC/EN 61010-1
- ▶ IEC/EN 61326-1

Das HiSeq 2500-System erfüllt die folgenden Richtlinien:

- ▶ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- ▶ EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Compliance- und Regulierungsetiketten

Am Gerät sind folgende Compliance- und Regulierungsetiketten angebracht.



Dieses Etikett versichert, dass das Produkt die Sicherheitsnormen erfüllt und von einem Drittanbieter getestet und zertifiziert wurde.



Dieses Etikett versichert, dass das Produkt die essenziellen Anforderungen aller relevanten EU-Direktiven erfüllt.



Dieses Etikett versichert, dass das Produkt der Environmental Protection Use Period (sicheren Nutzungsdauer) von 10 Jahren entspricht.

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)



Dieses Etikett gibt an, dass das Gerät die Anforderungen der WEEE-Richtlinie bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall erfüllt.

Geben Sie das Gerät zur Entsorgung an Illumina zurück.

Produktkonformität und regulatorische Vorschriften

Sicherheitsetiketten

Abbildung 1 Warnhinweis zu Lasern der Klasse 4



Guida sulla sicurezza e conformità del sistema HiSeq 2500

Solo a uso di ricerca. Non usare in procedimenti diagnostici.

Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza relative all'installazione, alla manutenzione e al funzionamento del sistema HiSeq® 2500 Illumina®. Questa guida comprende la conformità del prodotto e la conformità alle normative. Leggere questo documento prima di eseguire qualsiasi procedura sul sistema.

Il paese di origine e la data di fabbricazione del sistema sono stampati sull'etichetta dello strumento.

Configurazione del sistema

Il sistema HiSeq è consegnato con un computer di controllo dedicato personalizzato con i requisiti di sistema. Il computer è un sottosistema dedicato dello strumento che non è pensato né supportato come computer per uso generico.

Per un elenco dei componenti forniti con lo strumento, vedere la *Guida alla preparazione della sede di installazione per HiSeq 2500, 1500 e 2000 (documento n. 15006407)*.

Considerazioni e segnalazioni di sicurezza

Questa sezione identifica pericoli possibili associati all'installazione, alla manutenzione e al funzionamento dello strumento. Non utilizzare o interagire con lo strumento in modo da esporre l'utente a questi tipi di pericoli.

Tutti i pericoli qui descritti possono essere evitati attenendosi alle procedure di funzionamento standard incluse nella *Guida del sistema HiSeq 2500 (documento n. 15035786_ITA)*.

Avvisi di sicurezza generali

Assicurarsi che tutto il personale sia formato sul corretto funzionamento dello strumento e su qualunque potenziale considerazione relativa alla sicurezza.



Attenersi a tutte le istruzioni di funzionamento quando si lavora in aree contrassegnate con questa etichetta per ridurre al minimo rischi al personale o allo strumento.

Prestare sempre attenzione quando si apre lo sportello dello scomparto della cella a flusso. L'area della cella a flusso contiene componenti che possono causare lesioni quando lo sportello anteriore è aperto.

Quando lo sportello è aperto i motori X, Y e Z sono disattivati dal software operativo dello strumento.

Avviso di sicurezza per il laser



Il sistema HiSeq 2500 è un dispositivo laser di Classe 1 che contiene due laser di Classe 4.

I laser di Classe 4 presentano un pericolo per gli occhi a causa dei riflessi dei fasci di luce diretti e diffusi. Evitare l'esposizione diretta o riflessa alle radiazioni dei laser di Classe 4 su occhi o pelle. I laser di Classe 4 possono causare la combustione di materiale infiammabile e provocare bruciate e lesioni serie alla cute causate dall'esposizione diretta.

Non utilizzare lo strumento se un qualsiasi pannello è rimosso. Quando lo sportello anteriore dello strumento è aperto, il fascio laser è bloccato tramite interruttori di interblocco di sicurezza. Se lo strumento viene utilizzato con un qualsiasi pannello rimosso, si rischia l'esposizione diretta o riflessa alla luce del laser.

Precauzioni per il laser dello scanner per codici a barre

Con il sistema HiSeq 2500 è incluso uno scanner per codici a barre manuale che contiene un laser di Classe 2. Lo scanner per codici a barre è un prodotto laser di Classe 2. Non fissare il fascio di luce visibile dello scanner per codici a barre.

Avvisi di sicurezza elettrica

Non rimuovere dallo strumento i pannelli esterni. L'interno non contiene componenti da sottoporre a manutenzione da parte dell'utente. Il funzionamento dello strumento con un qualsiasi pannello rimosso crea esposizione potenziale a tensioni di linea e tensioni c.c..



Lo strumento è alimentato da 100-240 V c.a. a 50-60 Hz. Le alimentazioni pericolose sono poste dietro il pannello posteriore sinistro, ma sono accessibili anche se altri pannelli sono rimossi. Alcune tensioni sono presenti sullo strumento anche quando lo strumento è spento. Utilizzare lo strumento con tutti i pannelli intatti per evitare scosse elettriche.

Specifiche di alimentazione

Tipo	Specifica
Tensione di rete	100-240 V c.a. a 50-60 Hz
Consumo energetico	Massimo 1500 Watt per strumento, monitor e workstation

Collegamenti elettrici

Collegare lo strumento a un circuito con messa a terra in grado di fornire almeno:

- ▶ 10 Amp per un'alimentazione da 100-110 V
- ▶ 6 Amp per un'alimentazione da 220-240 V

Per maggiori informazioni, vedere la *Guida alla preparazione della sede di installazione per HiSeq 2500, 1500 e 2000 (documento n. 15006407)*.

Messa a terra protettiva



Lo strumento è collegato alla messa a terra protettiva attraverso il telaio. Il conduttore di protezione del cavo di alimentazione riporta il limite della messa a terra protettiva a un valore di riferimento sicuro. Il conduttore di messa a terra del cavo di alimentazione deve essere in buono stato di funzionamento quando si utilizza questo dispositivo.

Fusibili

Solo i tecnici dell'assistenza (FSE) Illumina sono qualificati per la sostituzione dei fusibili interni. Il modulo di ingresso alimentazione include due fusibili di ingresso sulle linee di ingresso ad alta tensione. Questi fusibili sono da 5 mm x 20 mm e sono del tipo 10 Amp, 250 V c.a, ritardati.

Avviso di sicurezza sulle superfici calde



Non utilizzare lo strumento se un qualsiasi pannello è rimosso.

Non toccare la stazione termica nello scomparto della cella a flusso. Il riscaldatore utilizzato nell'area è di solito controllato tra la temperatura ambiente (22 °C) e 95 °C. L'esposizione a temperature al limite superiore di questo intervallo possono causare bruciature.

Avviso di sicurezza su oggetti pesanti



Lo strumento è pesante ed eventuali urti o cadute possono causare lesioni gravi.

Lo strumento può essere disimballato, installato o spostato unicamente da personale debitamente autorizzato da Illumina. Ogni volta che lo strumento viene spostato, installare le staffe di spedizione per impedire danni al gruppo del piano. Esistono rischi significativi di danni all'allineamento ottico e meccanico. Lo strumento deve essere riposizionato e ricalibrato correttamente.

Disimballaggio, installazione e spostamento dello strumento

Lo strumento può essere disimballato, installato o spostato unicamente da personale debitamente autorizzato da Illumina. Nel caso sia necessario spostare lo strumento, rivolgersi al rappresentante Illumina.

Vincoli ambientali

Elemento	Specifica
Temperatura	Mantenere nel laboratorio una temperatura compresa tra 19 °C e 25 °C (22 °C ± 3 °C). Questa è la temperatura operativa dello strumento. Durante una corsa, evitare che la temperatura ambiente subisca sbalzi superiori a ±2 °C.
Umidità	Mantenere l'umidità relativa, senza condensa, nell'intervallo 20-80%.
Elevazione	Installare lo strumento a un'altitudine inferiore a 2000 metri.
Qualità dell'aria	Utilizzare lo strumento in un ambiente con Grado di inquinamento II o migliore. La definizione "Grado di inquinamento 2" si applica a un ambiente che presenta solo sostanze inquinanti non conduttive.
Ventilazione	Rivolgersi al dipartimento del laboratorio per i requisiti di ventilazione in base alle specifiche di dissipazione termica dello strumento.

Certificazioni e conformità del prodotto

HiSeq 2500 è certificato secondo gli standard seguenti:

- ▶ UL STD 61010-1
- ▶ CSA STD C22.2 N. 61010-1
- ▶ IEC/EN 61010-1
- ▶ IEC/EN 61326-1

HiSeq 2500 è conforme alle direttive seguenti:

- ▶ Direttiva 2006/95/CE relativa alla bassa tensione
- ▶ Direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Marchi di conformità e normativi

Lo strumento è etichettato con i marchi di conformità e normativi seguenti.



Questa etichetta assicura che il prodotto è conforme agli standard di sicurezza e che è stato testato e certificato da un'organizzazione di terzi.



Questa etichetta assicura la conformità ai requisiti essenziali di tutte le direttive UE rilevanti.



Questa etichetta assicura la conformità al periodo di utilizzo senza danni ambientali per questo prodotto (10 anni).

Restrizioni all'uso di sostanze pericolose (RoHS)



Questa etichetta indica che lo strumento è conforme alla direttiva RAEE per i rifiuti.

Per lo smaltimento, restituire lo strumento a Illumina.

Conformità del prodotto e dichiarazioni di conformità alle normative

Etichetta di sicurezza

Figura 1 Avvertenza per il laser di Classe 4



HiSeq 2500 시스템 안전 및 규정 준수 안내서

연구 전용. 진단 절차에는 사용할 수 없음

이 안내서에는 Illumina® HiSeq® 2500 시스템의 설치, 정비, 작동과 관련된 중요 안전 정보가 나와 있습니다. 이 안내서에는 제품 규정 준수 및 규정 설명이 포함되어 있습니다. 시스템에서 절차를 수행하기 전에 이 문서를 읽어 보십시오.

시스템의 원산지 및 제조일자는 기기 라벨에 인쇄되어 있습니다.

시스템 구성

HiSeq 시스템은 시스템 요건에 맞게 사용자 지정된 전용 제어 컴퓨터와 함께 배송됩니다. 이 컴퓨터는 기기 전용 하위 시스템이므로 범용 컴퓨터로 사용되거나 지원되지 않습니다.

기기와 함께 제공되는 컴포넌트 목록은 *HiSeq 2500, 1500, 2000 현장 준비 안내서(문서 번호 15006407)*를 참조하시기 바랍니다.

안전 고려사항 및 표시

이 섹션에서는 기기의 설치, 정비 및 작동과 관련된 잠재적 위험을 식별합니다. 이러한 위험 요소에 노출될 가능성이 있을 경우 기기를 작동하거나 사용하지 마십시오.

*HiSeq 2500 시스템 안내서(문서 번호 15035786)*에 포함된 표준 작동 절차를 따르면 여기에 설명된 모든 위험 요소를 방지할 수 있습니다.

일반 안전 경고

전 직원은 기기의 올바른 작동과 모든 잠재적 안전 고려사항에 대해 교육을 받아야 합니다.



인체 또는 기기 위험을 최소화하려면 이 라벨이 표시된 공간에서 작업할 때 모든 작동 지침을 따르십시오.

플로우 셀 부분 도어가 열려 있을 때에는 항상 주의해야 합니다. 플로우 셀 부분에는 전면 도어가 열려 있을 때 부상을 야기할 수 있는 컴포넌트가 포함되어 있습니다.

도어가 열려 있으면 기기 작동 소프트웨어에 의해 X, Y 및 Z 모터가 비활성화됩니다.

레이저 안전 경고



HiSeq 2500 시스템은 1등급 레이저 제품으로 4등급 레이저 2개를 포함합니다.

4등급 레이저는 직사 및 확산 반사로 인한 눈 장해를 일으킵니다. 직사 또는 반사된 4등급 레이저 방사에 대한 눈 또는 피부 노출을 피해야 합니다. 4등급 레이저는 인화성 물질의 연소를 일으키고 직접 노출 시 심각한 피부 화상 및 부상을 초래할 수 있습니다.

패널이 하나라도 제거된 상태에서는 기기를 작동하지 마십시오. 기기의 전면 도어가 열려 있으면 안전 연동 스위치가 레이저 빔을 차단합니다. 패널이 제거된 상태에서 기기를 작동하면 직사 또는 반사된 레이저 광선에 노출될 위험이 있습니다.

바코드 스캐너 레이저 예방 조치

2등급 레이저를 포함하는 휴대용 바코드 스캐너가 HiSeq 2500 시스템에 포함되어 있습니다. 바코드 스캐너는 2등급 레이저 제품입니다. 바코드 스캐너의 가시광선 빔을 응시하지 마십시오.

전기 안전 경고

기기에서 외부 패널을 제거하지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 컴포넌트가 없습니다. 패널이 하나라도 제거된 상태에서 기기를 작동하면 순간 전압 및 직류 전압에 노출될 수 있습니다.



기기는 50-60Hz에서 100-240VAC 전원으로 작동합니다. 위험한 전압 공급원은 왼쪽 후면 패널의 뒤에 있지만, 다른 패널을 제거한 경우 이 전압 공급원에 닿을 수 있습니다. 기기를 꺼도 일부 전압이 기기에 남아 있습니다. 감전을 방지하려면 모든 패널을 제대로 장착한 상태에서 기기를 작동하십시오.

전원 사양

종류	사양
라인 전압	50-60Hz에서 100-240VAC
전력 소비	기기, 모니터 및 워크스테이션을 통합하여 최대 1500W

전기 연결부

기기를 다음 조건 이상의 접지 회로에 연결합니다.

- ▶ 100-110V 전력 공급원일 경우 10A
- ▶ 220-240V 전력 공급원일 경우 6A

자세한 정보는 *HiSeq 2500, 1500, 2000 현장 준비 안내서(문서 번호 15006407)*를 참조하십시오.

보호 접지



기기는 케이스를 통해 보호 접지와 연결됩니다. 전원 코드의 안전 접지는 보호 접지를 안전 기준전위로 돌려 보냅니다. 이 기기를 사용할 때에는 전원 코드의 보호 접지 연결 상태가 반드시 양호해야 합니다.

퓨즈

Illumina 현장 서비스 엔지니어만 내부 퓨즈를 교체할 수 있습니다. 전원 입력 모듈에는 고전압 입력 라인에 입력 퓨즈 2개가 포함되어 있습니다. 이 퓨즈의 크기는 5x20이고, 10Amps, 250VAC, Slo-Blo를 정격으로 합니다.

고온 표면에 대한 안전 경고



패널이 하나라도 제거된 상태에서는 기기를 작동하지 마십시오. 플로우 셀 부분의 온도 Station을 만지지 마십시오. 이 영역에 사용되는 가열기는 일반적으로 주변 실온(22°C)에서 95°C 사이로 조절됩니다. 이 범위의 상한 온도에 노출되면 화상을 입을 수 있습니다.

무거운 물체에 대한 안전 경고



기기가 무거우므로 떨어뜨리거나 잘못 취급할 경우 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

Illumina의 승인을 받은 직원만 기기를 상자에서 꺼내 설치하거나 운반할 수 있습니다. 기기를 옮길 때 마다 운송용 브래킷을 설치하여 대 어셈블리 손상을 방지합니다. 광학 및 기계적 정렬에 심각한 위험이 발생할 수 있습니다. 기기를 올바르게 재배치하고 재교정해야 합니다.

기기 꺼내기, 설치 및 운반

Illumina의 승인을 받은 직원만 기기를 상자에서 꺼내 설치하거나 운반할 수 있습니다. 기기를 다시 배치해야 할 경우 Illumina 담당자에게 문의하십시오.

환경 고려사항

요소	사양
온도	실험실 온도를 19°C~25°C(22°C±3°C)로 유지하십시오. 이 온도는 기기의 작동 온도입니다. 실행하는 동안 주변 온도가 ±2°C 넘게 변동되지 않도록 주의하십시오.
습도	비용측 상대 습도의 범위를 20-80%로 유지하십시오.
고도	고도가 2,000미터(6,500피트) 미만인 장소에 기기를 설치합니다.
공기질	오염도 II 환경 또는 이보다 좋은 환경에서 기기를 작동하십시오. 오염도 II 환경은 일반적으로 비전도성 오염 물질만 존재하는 환경으로 정의됩니다.
환기	기기 열 출력 사양에 따른 환기 요건은 설비 부서에 문의하시기 바랍니다.

제품 인증 및 규정 준수

HiSeq 2500은 다음 표준의 인증을 받았습니다.

- ▶ UL STD 61010-1
- ▶ CSA STD C22.2 No. 61010-1
- ▶ IEC/EN 61010-1
- ▶ IEC/EN 61326-1

HiSeq 2500은 다음 지침을 준수합니다.

- ▶ 저전압 지침 2006/95/EC
- ▶ EMC 전압 지침 2004/108/EC

규정 준수 및 규정 표시

기기에는 다음의 규정 준수 및 규정 표시가 라벨로 지정되어 있습니다.



이 라벨은 제품이 안전 표준을 준수하고 타 조직에서 테스트 및 인증 받았음을 보장합니다.



이 라벨은 제품이 관련된 모든 EU 지침의 필수 요건을 충족하고 있음을 보장합니다.



이 라벨은 제품이 환경 보호 사용 기간인 10년을 준수함을 보장합니다.

유해 물질 제한 지침(RoHS)



이 라벨은 기기가 WEEE 폐기물 처리 지침을 충족함을 나타냅니다.

기기를 폐기할 경우 Illumina에 반환하십시오.

제품 규정 준수 및 규정 설명서

A등급 EMC 규정 준수

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

안전 라벨 지정

그림 1 4등급 레이저 경고



Руководство по технике безопасности и нормативно-правовому соответствию для системы HiSeq 2500

Для научно-исследовательских целей. Не предназначено для диагностических процедур.

В данном руководстве содержится важная информация по технике безопасности, относящаяся к установке, обслуживанию и эксплуатации системы Illumina® HiSeq® 2500. Данное руководство содержит положения, касающиеся нормативно-правового и законодательного соответствия изделия. До начала выполнения каких-либо процедур с системой внимательно прочтите данный документ.

Страна происхождения и дата изготовления системы напечатаны на бирке прибора.

Конфигурация системы

Система HiSeq поставляется со специальным управляющим компьютером, настроенным в соответствии с требованиями системы. Компьютер представляет собой специальную подсистему прибора и не предназначен для использования в качестве обычного компьютера (и не поддерживается в качестве такового).

Список компонентов, входящих в комплект прибора, см. в *руководстве по подготовке места установки систем HiSeq 2500, 1500 и 2000* (документ № 15006407).

Требования техники безопасности и маркировка

В настоящем разделе приводятся потенциальные опасные факторы, связанные с установкой, обслуживанием и эксплуатацией прибора. Использование или воздействие на прибор таким образом, при котором вы подвергаете себя какой-либо опасности, запрещено.

Всех угроз, описанных в настоящем разделе, можно избежать, соблюдая стандартные процедуры эксплуатации, содержащиеся в *руководстве по работе с системой HiSeq 2500* (документ № 15035786).

Предупреждения о необходимости соблюдения общей техники безопасности

Весь персонал должен пройти обучение правильному использованию прибора и ознакомиться с рекомендациями по технике безопасности.



В целях снижения риска для персонала или прибора соблюдайте все содержащиеся в документе инструкции по эксплуатации при работе в зонах, обозначенных данным знаком.

Всякий раз при открывании дверцы отсека проточной кюветы нужно соблюдать осторожность. В зоне проточной кюветы есть детали, которые могут причинить травму при открытой дверце отсека.

При открывании дверцы эксплуатационное программное обеспечение прибора отключает моторы X, Y и Z.

Предупреждение о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с лазером



Система HiSeq 2500 представляет собой лазерное изделие класса 1 и содержит два лазера класса опасности 4.

Прямое излучение лазера класса 4 и его диффузное отражение представляют опасность для глаз. Следует избегать воздействия прямого или отраженного излучения лазера класса 4 на глаза и кожу. Лазеры класса 4 могут поджигать горючие материалы и вызывать серьезные ожоги кожи в результате прямого воздействия.

Запрещается эксплуатировать прибор, если снята хотя бы одна панель. При открывании передней дверцы прибора лазерный луч блокируется посредством защитных блокировочных переключателей. Если какая-либо из панелей прибора снята, то при его эксплуатации существует риск попасть под воздействие прямого или отраженного лазерного света.

Меры предосторожности в отношении лазерного считывателя штрихкодов

В состав системы HiSeq 2500 входит ручной лазерный считыватель штрихкодов с лазером класса 2. Считыватель штрихкодов — это лазерное изделие класса 2. Запрещается смотреть непосредственно на видимый луч лазера считывателя штрихкодов.

Предупреждения по технике безопасности при работе с электрооборудованием

Не снимайте с прибора внешние панели. Внутри данного прибора нет обслуживаемых пользователем компонентов. Работа с прибором, с которого сняты какие-либо панели, создает потенциальную опасность воздействия сетевого напряжения и напряжения постоянного тока.



Данный прибор работает под напряжением 100–240 В перем. тока при частоте 50 или 60 Гц. Источники опасного напряжения располагаются за левой задней панелью, но к ним также есть доступ, если сняты другие панели. Даже если прибор выключен, на нем имеется некоторое напряжение. Во избежание удара электрическим током работать с прибором необходимо только при условии, что все панели находятся на месте.

Технические характеристики электропитания

Тип	Техническая характеристика
Линейное напряжение	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц
Потребляемая мощность	Максимум 1500 Вт для прибора, монитора и рабочей станции вместе

Электрические соединения

Подключите прибор к заземленной цепи со следующими минимальными характеристиками:

- ▶ 10 А для источника питания 100–110 В
- ▶ 6 А для источника питания 220–240 В

Для получения более подробной информации см. руководство по подготовке места установки систем HiSeq 2500, 1500 и 2000 (документ № 15006407).

Защитное заземление



Данный прибор подключен к защитному заземлению через корпус. Проводник заземления на кабеле питания приводит защитное заземление на безопасный эталонный уровень. При использовании устройства подключение к защитному заземлению на кабеле питания должно быть в хорошем рабочем состоянии.

Плавкие предохранители

Замену внутренних плавких предохранителей имеют право производить только инженеры по выездному техническому обслуживанию компании Illumina. Модуль подачи электропитания включает в себя два входных предохранителя на линиях высоковольтного входа. Эти предохранители размера 5 x 20 имеют следующие номинальные характеристики: 10 А, 250 В перем. тока, плавкие (Slo-Blow).

Предупреждение по технике безопасности при работе с горячими поверхностями



Запрещается эксплуатировать прибор, если снята хотя бы одна панель.

Запрещается прикасаться к термостату в отсеке проточной кюветы. Нагреватель, используемый в данном приборе, обычно работает при температуре окружающей среды в диапазоне от комнатной температуры (22 °C) до 95 °C. Воздействие температуры на верхнем пределе данного диапазона может привести к ожогам.

Предупреждения по технике безопасности при обращении с тяжелыми объектами



Прибор тяжелый и может стать причиной серьезной травмы в случае падения или неправильного обращения.

Только персонал, уполномоченный компанией Illumina, имеет право производить снятие упаковки, установку и перемещение прибора. При перемещении прибора необходимо устанавливать транспортировочные скобы для предотвращения повреждения блока станции. Перемещение представляет собой значительный риск в отношении выравнивания оптических и механических систем. Перемещение и повторную калибровку прибора необходимо выполнять должным образом.

Снятие упаковки, установка и перемещение прибора

Только персонал, уполномоченный компанией Illumina, имеет право производить снятие упаковки, установку и перемещение прибора. При необходимости перемещения прибора свяжитесь с представителем компании Illumina.

Требования к окружающей среде

Элемент	Техническая характеристика
Температура	Температура в лаборатории должна поддерживаться на уровне 19–25 °C (22 ± 3 °C). Это рабочая температура прибора. Во время цикла секвенирования колебания температуры окружающей среды не должны превышать ±2 °C.
Влажность	Относительная влажность без конденсации должна поддерживаться на уровне 20–80 %.
Высота над уровнем моря	Устанавливать прибор следует на высоте ниже 2000 метров над уровнем моря (6500 футов).
Качество воздуха окружающей среды	Эксплуатируйте прибор в среде со степенью загрязнения II или чище. Среда со степенью загрязнения II определяется как среда, обычно содержащая только непроводящие загрязняющие вещества.
Вентиляция	Обратитесь к специалистам отдела по эксплуатации здания, чтобы рассчитать требования к вентиляции на основе характеристик теплоотдачи прибора.

Сертификация изделия и его соответствие нормативным требованиям

Система HiSeq 2500 сертифицирована по следующим стандартам.

- ▶ UL STD 61010-1
- ▶ CSA STD C22.2 № 61010-1
- ▶ IEC/EN 61010-1
- ▶ IEC/EN 61326-1

Система HiSeq 2500 соответствует следующим директивам.

- ▶ Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
- ▶ Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC

Маркировка о соответствии требованиям стандартов и нормативным требованиям

Данный прибор имеет следующие бирки с маркировкой о соответствии требованиям стандартов и нормативным требованиям.



Эта бирка подтверждает, что изделие отвечает стандартам безопасности и было проверено и сертифицировано сторонней организацией.



Данная бирка подтверждает, что настоящее изделие отвечает основополагающим требованиям всех надлежащих директив ЕС.



Эта бирка подтверждает, что настоящее изделие соответствует требованиям по защите окружающей среды в течение 10 лет.

Правила ограничения содержания вредных веществ (RoHS)




Данная бирка указывает, что прибор соответствует требованиям Директивы ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Верните данный прибор в компанию Illumina для утилизации.

Положения о нормативно-правовом и законодательном соответствии изделия

Маркировка в отношении безопасности

Рисунок 1 Предупреждение о лазере класса 4



Guía de cumplimiento y seguridad del sistema HiSeq 2500

Para uso exclusivo en investigación. Prohibido su uso en procedimientos de diagnóstico.

Esta guía le ofrece información de seguridad importante en relación con la instalación, la reparación y el funcionamiento del sistema Illumina® HiSeq® 2500. Esta guía incluye declaraciones de normativas y de conformidad del producto. Lea este documento antes de realizar ningún procedimiento en el sistema.

El país de origen y la fecha de fabricación del sistema se muestran impresos en la etiqueta del instrumento.

Configuración del sistema

El sistema HiSeq se comercializa con un ordenador de control específico que se personaliza conforme a los requisitos del sistema. El ordenador es un subsistema especializado del instrumento y no se puede utilizar como ordenador con fines generales ni se ha diseñado para ello.

Para obtener una lista de los componentes que se incluyen con el instrumento, consulte la *Guía de preparación del centro para HiSeq 2500, 1500 y 2000 (n.º de documento 15006407)*.

Consideraciones de seguridad y marcas

Esta sección identifica los peligros potenciales asociados con la instalación, la reparación y el funcionamiento del instrumento. No utilice el instrumento ni interactúe con este de manera que le exponga a cualquiera de estos peligros.

Todos los peligros descritos en este documento se pueden evitar si se siguen los procedimientos de funcionamiento estándar incluidos en la *Guía del sistema HiSeq 2500 (n.º de documento 15035786)*.

Advertencias de seguridad general

Asegúrese de que todo el personal está formado sobre el funcionamiento correcto del instrumento y sobre cualquier posible consideración de seguridad.



Siga todas las instrucciones de funcionamiento cuando trabaje en las áreas marcadas con esta etiqueta con el objeto de minimizar riesgos personales o para el instrumento.

Siempre deberá proceder con cautela cuando la puerta del compartimento de la celda de flujo se encuentre abierta. El área de la celda de flujo contiene componentes que podrían provocar lesiones cuando la puerta delantera está abierta.

Al abrirse esta puerta, el software de funcionamiento del instrumento desactiva los motores X, Y y Z.

Advertencia de seguridad del láser



El sistema HiSeq 2500 es un producto láser de Clase 1 que incluye dos láseres de Clase 4.

Los láseres de Clase 4 presentan riesgo ocular por reflexión directa y difusa. Evite la exposición de los ojos o la piel a la radiación láser de Clase 4 directa o reflejada. Los láseres de Clase 4 pueden provocar la combustión de materiales inflamables, además de quemaduras y lesiones graves en la piel como consecuencia de la exposición directa.

No utilice el instrumento si se ha extraído alguno de los paneles. Si la puerta delantera del instrumento está abierta, el haz del láser se bloquea mediante conmutadores de interbloqueo de seguridad. El uso del instrumento con alguno de los paneles extraídos conlleva un riesgo de exposición a la luz láser directa o reflejada.

Precauciones respecto al láser del lector de códigos de barras

Con el sistema de HiSeq 2500, se incluye un lector de códigos de barras manual con láser de Clase 2. El lector de códigos de barras es un producto láser de Clase 2. No mire directamente al haz de luz visible del lector de códigos de barras.

Advertencias de seguridad eléctrica

No retire los paneles externos del instrumento. No hay componentes reparables por el usuario en el interior del instrumento. El funcionamiento del instrumento con alguno de estos paneles retirados crea una posible exposición a la tensión de línea, así como a tensiones de CC.



El instrumento cuenta con una tensión de 100 a 240 V CA a 50-60 Hz. Las fuentes de tensión peligrosas se encuentran detrás del panel posterior izquierdo, pero también puede accederse a ellas si se retiran otros paneles. El instrumento sigue teniendo cierta tensión aunque esté apagado. Utilícelo con todos los paneles intactos para evitar descargas eléctricas.

Especificaciones de alimentación

Tipo	Especificación
Tensión de línea	100–240 V CA a 50–60 Hz
Consumo de potencia	Máximo 1500 W para el conjunto del instrumento, el monitor y la estación de trabajo

Conexiones eléctricas

Conecte el instrumento a un circuito con toma de tierra capaz de suministrar al menos:

- ▶ 10 amperios para una fuente de alimentación de 100 a 110 V
- ▶ 6 amperios para una fuente de alimentación de 220 a 240 V

Para obtener más información, consulte la *Guía de preparación del centro para HiSeq 2500, 1500 y 2000* (n.º de documento 15006407).

Toma a tierra de protección



El instrumento se conecta a una toma a tierra de protección a través de la caja. La toma a tierra de seguridad del cable de alimentación devuelve la toma a tierra de protección a una referencia segura. La conexión de toma a tierra de protección del cable de alimentación debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento cuando se utilice este dispositivo.

Fusibles

Solo los ingenieros de servicio de campo de Illumina están cualificados para sustituir los fusibles internos. El módulo de entrada de corriente incluye dos fusibles de entrada en los conductos de entrada de alto voltaje. Estos fusibles son de tamaño 5 x 20 y están indicados para 10 amperios, 250 V CA, acción lenta.

Advertencia de seguridad de superficie caliente



No utilice el instrumento si se ha extraído alguno de los paneles.

No toque la estación de temperatura del compartimento de la celda de flujo. El calentador utilizado en esta zona se suele controlar entre una temperatura ambiente (22 °C) y 95 °C. La exposición a temperaturas en el extremo superior de este rango puede provocar quemaduras.

Advertencia de seguridad de objeto pesado



El instrumento es pesado y puede provocar lesiones graves si se cae o se maneja de forma indebida.

Solo el personal autorizado de Illumina puede desembalar, instalar o mover el instrumento. Cada vez que se desplace el instrumento, será necesario colocar soportes de transporte para evitar que se produzcan daños en la fase de montaje. Pueden producirse riesgos considerables para la alineación óptica y mecánica. El instrumento se debe volver a colocar y calibrar adecuadamente.

Desembalaje, instalación y traslado del instrumento

Solo el personal autorizado de Illumina puede desembalar, instalar o mover el instrumento. Si es necesario trasladar el instrumento a otro emplazamiento, póngase en contacto con el representante de Illumina.

Consideraciones medioambientales

Elemento	Especificación
Temperatura	Mantenga una temperatura de laboratorio de entre 19 y 25 °C (22 °C ± 3 °C). Se trata de la temperatura de funcionamiento del instrumento. Durante un experimento, no deje que la temperatura ambiente varíe más de ± 2 °C.
Humedad	Mantenga una humedad relativa sin condensación de entre el 20 y el 80 %.
Elevación	Coloque el instrumento a una altitud inferior a 2000 metros.
Calidad del aire	Utilice el instrumento en un ambiente de contaminación de grado II o mejor. Un entorno con una contaminación de grado II se define como un entorno que suele incluir únicamente contaminantes no conductores.
Ventilación	Consulte al departamento de mantenimiento los requisitos de ventilación en función de las especificaciones de salida de calor del instrumento.

Certificaciones y cumplimiento del producto

El instrumento HiSeq 2500 está certificado con las siguientes normas:

- ▶ UL STD 61010-1
- ▶ CSA STD C22.2 N.º 61010-1
- ▶ IEC/EN 61010-1
- ▶ IEC/EN 61326-1

El instrumento HiSeq 2500 cumple con las directivas siguientes:

- ▶ Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE
- ▶ Directiva de compatibilidad electromagnética (voltaje) 2004/108/CE

Marcas normativas y de cumplimiento

El instrumento incluye las marcas normativas y de cumplimiento siguientes.



Esta etiqueta garantiza que el producto cumple las normativas de seguridad y se ha probado y certificado por parte de una organización independiente.



Esta etiqueta garantiza que el producto cumple con los requisitos esenciales de todas las directivas de la UE pertinentes.



Esta etiqueta garantiza que el producto cumple el período de uso con protección ambiental de 10 años.

Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)



Esta etiqueta indica que el instrumento cumple la Directiva sobre residuos (WEEE, por sus siglas en inglés).

Devuelva el instrumento a Illumina para su desecho.

Declaraciones de normativas y de conformidad del producto

Etiquetado de seguridad

Figura 1 Advertencia de láser de Clase 4



Notes

Revision History

Document	Date	Description of Change
Material # 20000371 Document # 1000000000651 v00	February 2016	Initial release.

Copyright and Trademarks

© 2016 Illumina, Inc. All rights reserved.

Illumina, 24sure, BaseSpace, BeadArray, BlueFish, BlueFuse, BlueGnome, cBot, CSPro, CytoChip, DesignStudio, Epicentre, ForenSeq, Genetic Energy, GenomeStudio, GoldenGate, HiScan, HiSeq, HiSeq X, Infinium, iScan, iSelect, MiniSeq, MiSeq, MiSeqDx, MiSeq FGx, NeoPrep, NextBio, Nextera, NextSeq, Powered by Illumina, SureMDA, TruGenome, TruSeq, TruSight, Understand Your Genome, UYG, VeraCode, verifi, VeriSeq, the pumpkin orange color, and the streaming bases design are trademarks of Illumina, Inc. and/or its affiliate(s) in the U.S. and/or other countries. All other names, logos, and other trademarks are the property of their respective owners.